

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

HABILITAÇÃO

| | |
|---------------------|--|
| PROCEDIMENTO | Cotação Prévia de Preços n.º 002/2022 |
| OBJETO | Contratação de empresa(s) para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares, sendo eles, 01 (um) Arco Cirúrgico; 01 (uma) Mesa Cirúrgica Elétrica e 01 (um) Aparelho de Anestesia Convencional para a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - FBHC. |
| ENTIDADE | Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia |

Fundamentação Legal: Convênio nº 100.047/2021, celebrado com o Secretaria de Estado da Saúde-SES/Fundo Estadual de Saúde-FES e Instrução Normativa nº 03 de 10 de maio de 2013.


Após a classificação da empresa participante na Cotação Prévia de Preços nº 002/2022 do Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, a Comissão convocou a empresa classificada conforme Relatório de Julgamento da Proposta de Preços para o envio dos documentos de habilitação exigidos no item 09 do Edital.

A empresa **MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.738.593/0001-04, estabelecida à Rua Volney Loureiro Tavares, nº 86, Inácio Barbosa, CEP. 49.040-670, Aracaju/SE., e-mail: vendas@mchospitalar.com.br, enviou seus documentos habilitatórios no prazo previsto no edital.

A Comissão de Compras declara a empresa **MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA** classificada, habilitada e vencedora, por apresentar os documentos habilitatórios em conformidade com as regras estabelecidas na Cotação de Prévia de Preços nº 002/2022, conforme demonstrado abaixo:

| ITEM | EQUIPAMENTOS | QUANT | VALOR REFERÊNCIA/ FBHC (R\$) | VALOR PROPOSTA CADASTRADA NO SINTESE (R\$) | VALOR PROPOSTA ENVIADA (R\$) | SITUAÇÃO |
|------|--|-------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------|
| 01 | ARCO CIRÚRGICO | 01 | 569.825,00 | - | - | DESERTO |
| 02 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA | 01 | 170.923,82 | 55.176,00 | 119.107,20 | FRACASSADO |
| 03 | APARELHO DE ANESTESIA CONVENCIONAL | 01 | 212.304,67 | 119.922,00 | 119.922,00 | ÊXITO |





Conclusão:

A Comissão registra que o item 01 – Arco Cirúrgico foi **DESERTO**.

A Comissão registra que o item 02 – Mesa Cirúrgica Elétrica foi **FRACASSADO**.

A Comissão registra que o item 03 – Aparelho de Anestesia logrou **ÊXITO**.

Este Relatório de Julgamento será enviado a empresa e publicado no site www.hospitaldecirurgia.com.br, e, em não havendo interposição de recursos no prazo previsto no subitem 10.2.4, a Cotação será encaminhada a Exma. Sra. Interventora Judicial para ratificá-lo com a devida **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO**, se assim entender, para que produza seus Jurídicos e Legais efeitos.

Aracaju/SE., 22 de março de 2022


Beatriz Allan de Oliveira Aragão
Presidente


Josinete de Jesus Ferreira Costa
Secretária


Raquel Santana Andrade Santos
Membro

RELATÓRIO DE JULGAMENTO
PROPOSTA DE PREÇOS

| | |
|---------------------|---|
| PROCEDIMENTO | Cotação Prévia de Preços n.º 002/2022 |
| OBJETO | Contratação de empresa(s) para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares, sendo eles, 01 (um) Arco Cirúrgico; 01 (uma) Mesa Cirúrgica Elétrica e 01 (um) Aparelho de Anestesia Convencional para a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - FBHC, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência - ANEXO I, que integra o Edital. |
| ENTIDADE | Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia |

Fundamentação Legal: Convênio nº 100.047/2021, celebrado com o Secretaria de Estado da Saúde-SES/Fundo Estadual de Saúde-FES e Instrução Normativa nº 03 de 10 de maio de 2013.

A Comissão de Compras da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, deflagrou o procedimento de Cotação Prévia de Preços, em 23 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe – SEGRASE, Plataforma Síntese e no site da Instituição.

O período estabelecido para o recebimento das propostas foi de 23 de fevereiro a 04 de março de 2022.

Conforme consta do subitem 8.1 do Edital, o critério de julgamento é o menor preço por item, vejamos:

(...)

*8.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM** de acordo com as condições definidas neste Edital.*

Constam do Termo de Referência anexado ao Edital, as especificações dos seguintes itens: item 01 - 01 (um) arco cirúrgico, item 02 - 01 (uma) mesa cirúrgica elétrica e item 03 - 01 (um) aparelho de anestesia.

O item 01 Arco Cirúrgico, foi declarado **fracassado** por não acudirem interessados.

A Cotação de Prévia de Preços em tela, contou com a participação somente da empresa **MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.738.593/0001-04, estabelecida à Rua Volney Loureiro Tavares, nº 86, Inácio Barbosa, CEP. 49.040-670, Aracaju/SE., que cotou marca, modelo e valores para os itens 02 e 03 na Plataforma Síntese, conforme abaixo:

| ITEM | EQUIPAMENTOS | UND | QUANT | MARCA | MODELO | VALOR |
|------|---|-----|-------|---------|---------|------------|
| 02 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA | UND | 01 | BARRFAB | BF683TD | 55.176,00 |
| 03 | APARELHO DE ANESTESIA CONVENCIONAL | UND | 01 | COMEN | AX 700 | 119.922,00 |

Em consonância com o subitem 7.1.1. do Edital e atendendo a solicitação do Técnico desta Instituição, a Comissão em diligência, solicitou a supra identificada empresa, o envio de proposta técnica contendo os acessórios do equipamento do item 02 e o manual de operações do equipamento do item 03.

Em resposta à diligência ora solicitada, a empresa **MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA**, por sua vez, enviou os documentos necessários e informou por meio de correspondência eletrônica (e-mail) que não consta em sua proposta para o item 02, o denominado Kit de Tração.

DA ANÁLISE DESCRITIVOS TÉCNICOS

A proposta contendo as especificações e demais documentos técnicos dos equipamentos propostos pela empresa foram submetidos à análise do responsável pela elaboração do Termo de Referência, que em Parecer Técnico anexo a este, concluiu:

*"Para o **item 02**. Mesa Cirúrgica Elétrica, equipamento de marca Barrfab, modelo BF683TD, ao analisar sua proposta comercial, foi identificado a ausência do Kit de tração no documento apresentado pela proponente. Por esse motivo, declaro que o ofertado pela licitante para o item 02. **NÃO ATENDE** ao descritivo técnico exigido neste edital.*

*Para o **item 03**. Aparelho de Anestesia Convencional, de acordo com o Manual do equipamento e proposta comercial, o equipamento de **marca Comen**, modelo AX 700, ofertado pela licitante **ATENDE** ao descritivo técnico exigido no edital."*

DA ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL

Dá análise da proposta comercial da empresa **MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA:**

| ITEM | EQUIPAMENTOS | QUANT | VALOR DE REFERÊNCIA /FBHC (R\$) | VALOR PROPOSTA CADASTRADA NO SINTESE (R\$) | VALOR PROPOSTA ENVIADA (R\$) |
|------|---|-------|---------------------------------|--|------------------------------|
| 02 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA | 01 | 170.923,82 | 55.176,00 | 119.107,20 |
| 03 | APARELHO DE ANESTESIA CONVENCIONAL | 01 | 212.304,67 | 119.922,00 | 119.922,00 |

DA CONCLUSÃO

Conforme se vislumbra nas análises acima, a empresa **MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA**, não atendeu aos critérios estabelecidos no edital relativo ao descritivo técnico, e apresentou proposta com valor divergente ao preço registrado na Plataforma Síntese, portanto, para o **item 02 - Mesa Cirúrgica Elétrica**, a empresa foi **desclassificada**.

Quanto ao **item 03 - Aparelho de Anestesia Convencional**, o equipamento ofertado pela empresa **MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA** atende ao descritivo técnico exigido no edital e possui valor proposto abaixo do estimado pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, sendo declarado classificado.

Resultado da Cotação Prévia de Preços:

Item 01- Arco Cirúrgico – **Deserto**

Item 02 – Mesa Cirúrgica Elétrica – **Desclassificado**

Item 03 – Aparelho de Anestesia Convencional – **Classificado**

Em cumprimento ao subitem 8.3 do edital, após a divulgação deste resultado, a empresa classificada deverá enviar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os documentos elencados o item 9 do edital, *in litteris*:

8.3. Divulgado o resultado o(s) proponente(s) vencedor(es) deverá(ão) enviar para **PLATAFORMA**





SINTESE: (plataformasintese.com) em até 24 HORAS, a contar do primeiro dia subsequente a divulgação do resultado da classificação das propostas de preços, os documentos elencados no item 9.

A documentação exigida no **item 9** poderá também ser enviada para o e-mail licitacao@fbhc.org.br.

Este Relatório de julgamento será enviado para o e-mail informado pela empresa, sendo de responsabilidade da mesma essa informação e publicado no site www.hospitaldecirurgia.com.br para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao subitem 8.3.2 do edital.

A interposição de recurso administrativo por qualquer PROPONENTE deverá observar os termos previstos no subitem 10.2.4 do edital.


Aracaju/SE., 15 de março de 2022

Comissão de Compras


Beatriz Allan de Oliveira Aragão
Presidente


Edilene Santos Rocha
Membro


Josinete de Jesus Ferreira Costa
Secretária


Raquel Santana Andrade Santos
Membro

PARECER TÉCNICO


Declaro para os devidos fins, que auxiliei a pregoeira, com o parecer técnico referente à análise técnica de equipamentos médicos, conforme segue abaixo:

Informo que de acordo com a documentação apresentada pela licitante MC Equipamentos Hospitalares e Serviços Ltda, temos:

Para o **item 02**, Mesa Cirúrgica Elétrica, equipamento de marca Barrfab, modelo BF683TD, ao analisar sua proposta comercial, foi identificado a **ausência do Kit de Tração** no documento apresentado pela proponente. Por esse motivo, declaro que o ofertado pela licitante para o item 02, **NÃO ATENDE** ao descritivo técnico exigido neste edital.

Para o **item 03**, Aparelho de Anestesia Convencional, de acordo com o Manual do equipamento e proposta comercial, o equipamento de **marca Comen, modelo AX 700**, ofertado pela licitante **ATENDE** ao descritivo técnico exigido no edital.

Em 10/03/2022,



Ewerton Diego Castro Silva
Engenheiro Biomédico
CREA/PE 054076